

الملحق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2020
بشأن النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية

م	المنتج	المتطلبات الفنية	المواصفة القياسية المعتمدة
1	أقنعة الوجه الطبية Medical Face Masks	- Bacterial filtration efficiency (BFE) - Breathability (Differential pressure) - Splash resistance - Microbial cleanliness (Bioburden) - Materials & Construction	UAE.S EN 14683 (UAE.S ASTM F2100)
2	أقنعة الوجه ذات الفلتر المنقي Half Filtered Face Mask	- Total inward leakage - Penetration of filter material - Breathing resistance - Particle Filtration - Compatibility with skin	UAE.S EN 149
3	أقنعة الوجه غير الطبية (المصنعة من النسيج) Non-Medical "community" Face Mask (made from textile)	- pH - Formaldehyde - Heavy metals (Cadmium, Copper, Lead, Nickel)	UAE.S 1956
4	القفايزات الواقية Protective Gloves	- Bacteria, Fungi penetration Testing - Protection against Virus	UAE.S ISO 374-2
5	القفايزات الطبية Medical gloves	- freedom from holes - Shelf Life and Resistance to degradation	EN 455-Part 1 EN 455-Part 4

	- Pack Integrity (for sterile gloves)		
EN 14126	- Resistance to Penetration by blood/body fluids. - Resistance to penetration by viruses. - Resistance to penetration by bacteria. - Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols. - Resistance to penetration by contaminated dust.	الملابس الواقية Protective clothing	6
EN 166	- Protection against droplets and splashes of liquids - General construction - Materials	واقيات العين الشخصية Personal eye-protection (Face shield & Goggles)	7
EN 13795 – part 1	- Resistance to microbial penetration - cleanliness microbial/bioburden - Liquid penetration - Tensile strength - Bursting strength	الأغطية والعبايات الجراحية (Surgical drapes and gowns)	8
EN 13795 – part 2	- Resistance to microbial penetration - cleanliness microbial/bioburden	الأغطية والعبايات الجراحية (Clean air suits)	9

UAE.S EN 1276 EN 1650 EN 14476:2013+A2	- Disinfecting efficiency (antimicrobial efficacy) - Evaluation of fungicidal or yeasticidal activity - Evaluation of virucidal activity in the medical area	المعقمات والمطهرات الكيميائية chemical disinfectants and antiseptics	10
ISO 21702	- Measuring antiviral activity	طلاء الأسطح المضادة للفيروسات Anti-microbial surface coating	11

الملاحظات:

- لا تخضع منتجات المنظفات ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية للمتطلبات الفنية الواردة في البند (10) من الملحق.
- يتم الاستيفاء بالمتطلب الفني الوارد في البند (10) من الملحق والخاص بفحص Evaluation of virucidal activity في حال وجود ادعاءات مضادة ضد الفيروسات على المنتج.
- يتم الرجوع إلى المواصفات القياسية الدولية الأخرى والغير المشار إليها في الملحق لغرض ضمان استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية المذكورة فيه بعد قبولها واعتمادها من قبل الوزارة.